

Łódź, dnia 10 września 2020 roku

MCM.G.S.634/2020

Wykonawcy

Dotyczy: dostawa urządzeń, wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi, (nr sprawy ZP/7/2020).

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie nr 1:

Dotyczy Pakietu nr 6

Czy zamawiający wymaga videokolposkop cyfrowy? Zaletami videokolposkopu cyfrowego jest zdecydowanie lepsza jakość obrazu, możliwość wykonywania zdjęć podczas zabiegów, kręcenia filmów, zamrażania obrazu oraz uzyskania większego powiększenia obrazu. Możliwość integracji pomiędzy videokolposkopem a laptopem, w którym przy pomocy odpowiedniego, wbudowanego oprogramowania można tworzyć bazy danych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia jedynie zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Pakietu nr 6

Czy zamawiający dopuści videokolposkop firmy Lutech o następujących parametrach:

Rozdzielczość HD 2,38 megapikseli

Powiększenie: Optyczne: 1-30X, Cyfrowe: 1-120X; kamera SONY

Obiektyw 4.3mm-129.0mm

Kąt widzenia: obrót kamery pod kątem 360°

Odległość robocza: 5,1-15,7 cala

Kąt poziomy 63.7°(szeroki koniec) - 2.3°

Źródło światła: okrągła wiązka chłodnego oświetlenie LED

Temperatura barw 5000~5500 K

Balans bieli Auto/Regulowany

Natężenie światła: Max 3000 lx

Wyjście video: TV: HDMI, komputer: USB 3.0

Elektroniczny filtr zielony

Filtr UV

Minutnik

Ostrość ustawiana automatycznie lub manualnie

Funkcja zamrażania obrazu dostępna za pomocą sterowania nożnego lub przycisku na kamerze

Czas pracy do 4,5 h przy zasilaniu baterijnym

Czas do maksymalnego naładowania baterii maks. 3,5 h

Żywotność baterii: min. 1000 cykli

Sterowanie nożne (przełącznik nożny z trzema pedałami) do wykonywania zdjęć i filmów wideo bez użycia rąk

Mini ekran LCD - 2,5-calowy kolorowy ekran LCD z tyłu aparatu do obserwacji w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie pozwalające na tworzenie obszernej bazy danych pacjentów

Pilot zdalnego sterowania minimalizujący ruch podczas regulacji obrazu. Pozwala kontrolować powiększanie, zamrażanie, ręczne ustawianie ostrości i zmianę filtrów kolorów.

W zestawie stojak pionowy o regulowanej wysokości w zakresie 78 – 106 cm i podstawie jezdnej wyposażonej w cztery kółka obrotowe 360 ° z mechanizmami blokującymi.

Laptop o minimalnych parametrach:

- Procesor Intel i3, 2 GHz
- Rozmiar ekranu – 15"
- RAM 4 GB
- HDD – SSD 120 GB
- Zintegrowana karta Bluetooth, WiFi
- Drukarka USB (atramentowa kolorowa)

Wózek jezdny do umieszczenia laptopa w zestawie

Powyżej wymienione parametry oferowane są w miejsce parametrów wymaganych wymienionych w pozycji 1-8 zadania 6 SIWZ.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia jedynie zgodne z SIWZ.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Podpis Kierownika Zamawiającego

Dyrektor

Żaneta Iwańczyk