

Łódź, dnia 21 czerwca 2019 roku

MCM.G.S.536/2019

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania pt.: „Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi poprzez utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170”, (nr sprawy ZP/5/2019).

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie nr 1

Dotyczy: załącznik nr 3, Pkt. 83

Czy Zamawiający dopuści stojak do zdjęć odległościowych, którego zakres ruchu wynosi 147,3 cm?

Uzasadnienie: Wartość 147,3 cm jest mniejsza jedynie o 2,7 cm od określonej przez Zamawiającego i nie w praktyce nie zmienia funkcjonalności oferowanego stojaka do zdjęć płucnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również:

stojak do zdjęć odległościowych, którego zakres ruchu wynosi 147,3 cm.

Pytanie nr 2

Dotyczy: załącznik nr 3, Pkt. 107

Prosimy o usunięcie fragmentu: „(zarówno konsolą stacjonarną aparatu RTG, jak i konsolą przenośną typu tablet)”

Uzasadnienie: W niniejszym postępowaniu występuje tylko jedna konsola technika i wymaganie „(zarówno konsolą stacjonarną aparatu RTG, jak i konsolą przenośną typu tablet)” nie odnosi się do pozostałej części specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający czyni fragment z załącznika nr 3, Pkt. 107 „(zarówno konsolą stacjonarną aparatu RTG, jak i konsolą przenośną typu tablet)” nie obligatoryjnym.

Pytanie nr 3

Dotyczy: załącznik nr 3, Pkt. 126

Czy Zamawiający dopuści stację technika o parametrach:

Model komputera: HP 5810

Pamięć RAM: 8 GB

Dysk: 500 GB

System operacyjny: Windows Embedded

Uzasadnienie: W każdym zaawansowanym cyfrowym systemie rentgenowskim, komputer stacji technika jest nierozłączną częścią systemu, podlegającą certyfikacji jako jego integralny element. Dostawca systemu nie ma zatem wpływu na konfigurację komputera i nie może dobrać urządzenia spełniającego opisane w SIWZ warunki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również:

stację technika o parametrach:

Model komputera: HP 5810

Pamięć RAM: 8 GB

Dysk: 500 GB

System operacyjny: Windows Embedded

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Podpis Kierownika Zamawiającego

Z-ca Dyrektora

Piotr Łopata